



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷ دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۱۱۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	WBC	۶	۵.۹۰	۴.۹۵	۰.۲۱	۱.۷۱%	جزئیات
۲	RBC	۴.۶	۴.۵۷	۲.۳۴	۰.۲۰	۰.۵۹%	جزئیات
۳	Hb	۱۳۲	۱۳۰.۳۷	۳.۲	۰.۴۲	۱.۲۵%	جزئیات
۴	Hct	۳۸	۳۸.۴۷	۳.۵۴	-۰.۳۰	۱.۲۲%	جزئیات
۵	MCV	۸۳.۱	۸۴.۳۱	۲.۸۷	-۰.۳۶	۱.۴۴%	جزئیات
۶	MCH	۲۸	۲۸.۴۰	۳.۸۳	-۰.۴۷	۱.۴۲%	جزئیات
۷	MCHC	۳۴۲	۳۳۷.۸۴	۴.۱۶	۰.۳۱	۱.۲۳%	جزئیات
۸	Plts	۲۳۰	۲۱۷.۷۶	۶.۳۶	۰.۵۶	۵.۶۲%	جزئیات

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول