



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷      دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۱۲۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۳۳۳	۳۱۶.۷۲	۱۳.۴۴	۰.۵۱	۵.۱۴%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول