



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۱۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۵۸۷

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Glucose	۲۸۴	۲۸۳.۵۸	۴.۶۱	۰.۰۲	۰.۱۵%	جزئیات
۲	Urea	۱۱۱	۱۱۶.۷۵	۷.۶۵	-۰.۸۶	۴.۹۳%	جزئیات
۳	Uric Acid	۹.۷	۹.۳۹	۷.۶۹	۰.۴۳	۳.۳۵%	جزئیات
۴	Creatinine	۳.۸۵	۳.۹۰	۷.۱۳	-۰.۱۳	۱.۱۸%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۵.۵۱	۵.۲۲	۱۱.۱۴	۰.۳۶	۵.۴۷%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۷۲	۱.۶۹	۱۱.۷۷	۰.۱۰	۱.۹۶%	جزئیات
۷	Cholestrol	۲۹۳	۲۸۹.۲۱	۴.۵۹	۰.۲۲	۱.۳۱%	جزئیات
۸	Triglyceride	۲۵۴	۲۵۹.۳۵	۶.۳	-۰.۲۷	۲.۰۶%	جزئیات
۹	HDL	۹۰	۸۱.۹۷	۱۷.۰۸	۰.۸۲	۹.۸%	جزئیات
۱۰	LDL	۱۴۱	۱۳۹.۵۹	۹.۶۹	۰.۰۷	۱.۰۱%	جزئیات
۱۱	Albumin	۳.۰۳	۳.۱۰	۵.۳۸	-۰.۳۹	۲.۳۲%	جزئیات
۱۲	Protein	۴.۸۲	۵.۰۷	۸.۴۴	-۰.۹۷	۴.۸۴%	جزئیات
۱۳	ALP	۴۹۱	۴۷۵.۷۸	۹.۱۶	۰.۲۱	۳.۲%	جزئیات
۱۴	AST	۱۴۰	۱۳۸.۵۷	۵.۷۷	۰.۱۰	۱.۰۳%	جزئیات
۱۵	ALT	۱۳۱	۱۳۵.۱۲	۷.۰۳	-۰.۳۱	۳.۰۵%	جزئیات
۱۶	CPK	۴۶۸	۴۹۶.۶۱	۷.۶۹	-۰.۳۸	۵.۷۶%	جزئیات
۱۷	LDH	۷۶۱	۷۱۷.۳۰	۷.۵۹	۰.۷۶	۶.۰۹%	جزئیات
۱۸	Amylase	۳۵۴	۳۳۷.۸۸	۷.۸۷	۰.۴۱	۴.۷۷%	جزئیات
۱۹	Lipase	۷۷	۶۴.۶۱	۳۱.۱۸	۱.۰۷	۱۹.۱۸%	جزئیات
۲۰	GGT	۱۶۱	۱۶۵.۵۱	۷.۳۳	-۰.۲۵	۲.۷۲%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۲۱	Calcium	۱۲.۹	۱۲.۷۴	۴.۳۵	۰.۲۴	۱.۲۲%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۶.۹۸	۶.۷۸	۵.۹۶	۰.۳۷	۲.۹۲%	جزئیات
۲۳	Iron	۲۱۳	۲۰۴.۷۳	۱۰.۰۸	۰.۳۴	۴.۰۴%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۲۲	۲۵۲.۵۱	۱۳.۰۷	-۰.۸۱	۱۲.۰۸%	جزئیات
۲۵	Sodium	۱۵۵	۱۵۳.۰۶	۲.۸۸	۰.۶۳	۱.۲۷%	جزئیات
۲۶	Potassium	۵.۷۲	۵.۸۳	۵.۰۳	-۰.۵۲	۱.۸۴%	جزئیات
۲۷	Lithium	۱.۸۵	۱.۹۶	۱۰.۸۳	-۰.۴۹	۵.۴۲%	جزئیات
۲۸	T۴	۱۵.۹۱	۱۷.۴۵	۹.۷۸	-۰.۷۳	۸.۸۲%	جزئیات
۲۹	TSH	۱۵.۰۹	۱۴.۰۷	۵.۳۲	۰.۶۰	۷.۲۵%	جزئیات
۳۰	Total PSA	۱۷.۱۹	۱۷.۲۷	۱۰.۵۴	-۰.۰۵	۰.۴۹%	جزئیات
۳۱	Ferritin	۳۲.۰۷	۳۳.۳۸	۸.۸۲	-۰.۲۶	۳.۹۳%	جزئیات

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول