



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷ دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۱۲۱

پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive	۲۱.۱	ELISA	Arya mabna Tashkhis	Positive
HCV Ab	Negative	۰.۰۷	ELISA	Arya mabna Tashkhis	Negative
HIV Ab	Positive	۲۸.۴	ELISA	Arya mabna Tashkhis	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۱	۴	۱۰	۳۱	۴
	Positive	۱۵۴	۱۲۲	۱۲۹	۱۰۷۷	۱۱
	Suspicious	۱		۱	۱۲	
HCV Ab	Negative	۷۷	۱۲۲	۱۳۳	۱۱۵۹	۱۷
	Positive			۲	۳	
	Suspicious				۲	
HIV Ab	Negative	۱	۱	۳	۱۱	۲
	Positive	۹۷	۱۱۶	۱۵۱	۱۱۴۱	۱۵
	Suspicious				۱	