



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۵۸۷

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Glucose	۱۱۵	۱۱۲.۶۱	۴.۳۴	۰.۳۵	۲.۱۲%	جزئیات
۲	Urea	۴۷.۲	۴۴.۷۲	۶.۶۳	۰.۹۷	۵.۵۵%	جزئیات
۳	Uric Acid	۶.۳	۶.۴۲	۸.۴۹	-۰.۲۴	۱.۸۴%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۵۳	۱.۴۶	۶.۷۳	۰.۵۸	۵.۱۵%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۶۴	۱.۶۰	۱۰.۴۵	۰.۱۶	۲.۳۷%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۰۶	۰.۹۹	۱۴.۹۴	۰.۳۶	۶.۸۵%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۶۸	۱۶۱.۷۷	۴	۰.۶۴	۳.۸۵%	جزئیات
۸	Triglyceride	۱۱۲	۱۰۵.۵۴	۶.۳۵	۰.۸۱	۶.۱۲%	جزئیات
۹	HDL	۴۸	۴۸.۱۷	۱۰.۰۴	-۰.۰۳	۰.۳۶%	جزئیات
۱۰	LDL	۷۶	۷۷.۴۵	۷.۳۸	-۰.۱۳	۱.۸۸%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۱۲	۴.۲۹	۶.۱۷	-۰.۶۶	۳.۹۶%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۸۹	۶.۳۲	۶.۴۸	۱.۷۹	۸.۹۵%	جزئیات
۱۳	ALP	۳۱۳	۲۸۲.۵۷	۹.۲۸	۰.۶۹	۱۰.۷۷%	جزئیات
۱۴	AST	۳۵	۳۵.۱۹	۷.۷۸	-۰.۰۵	۰.۵۴%	جزئیات
۱۵	ALT	۳۴	۳۳.۹۰	۸.۸۴	۰.۰۳	۰.۳۱%	جزئیات
۱۶	CPK	۲۰۹	۱۸۶.۴۱	۷.۴۳	۰.۸۱	۱۲.۱۲%	جزئیات
۱۷	LDH	۴۲۹	۴۱۷.۴۵	۵.۵۷	۰.۳۵	۲.۷۷%	جزئیات
۱۸	Amylase	۱۰۲	۹۴.۹۳	۶.۶۵	۰.۶۵	۷.۴۴%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۷	۳۶.۶۱	۱۸.۸۶	۰.۰۶	۱.۰۵%	جزئیات
۲۰	GGT	۴۶	۴۵.۲۲	۹.۱۱	۰.۱۶	۱.۷۳%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۲۱	Calcium	۹.۷	۹.۱۵	۴.۶۴	۱.۲۱	۶.۰۵%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۴.۹۵	۴.۷۹	۷.۶۹	۰.۴۳	۳.۳۴%	جزئیات
۲۳	Iron	۱۰۵	۱۰۳.۷۵	۸.۹۲	۰.۱۰	۱.۲%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۶۲	۲۵۱.۹۶	۹.۳۳	۰.۲۷	۳.۹۸%	جزئیات
۲۵	Sodium	۱۴۳	۱۳۸.۷۳	۲.۱۷	۱.۵۴	۳.۰۸%	جزئیات
۲۶	Potassium	۴.۱	۳.۸۹	۳.۶۶	۱.۵۴	۵.۳۷%	جزئیات
۲۷	Lithium	۰.۹۹	۰.۹۶	۳.۳۲	۰.۲۹	۳.۲۳%	جزئیات
۲۸	Tf	۸.۰۴	۷.۳۶	۷.۶	۰.۷۷	۹.۱۹%	جزئیات
۲۹	TSH	۱.۶۸	۱.۵۸	۵.۹۴	۰.۵۲	۶.۲۶%	جزئیات
۳۰	Total PSA	۱۰.۳۴	۱۰.۸۵	۹.۵۵	-۰.۴۷	۴.۶۷%	جزئیات
۳۱	Ferritin	۳۰.۳	۲۴.۸۲	۱۲.۱۹	۱.۴۷	۲۲.۰۸%	جزئیات

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول