



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۲۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	WBC	۱۰.۶۵	۱۱.۰۹	۴.۳۶	-۰.۴۹	۳.۹۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	RBC	۳.۹۲	۳.۸۳	۳.۵۳	۰.۷۹	۲.۳۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Hb	۱۲۸	۱۲۴.۷۴	۲.۵۲	۰.۸۷	۲.۶۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Hct	۳۶	۳۴.۲۱	۵.۴۱	۱.۳۱	۵.۲۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	MCV	۹۱.۶	۸۹.۱۰	۴.۱	۰.۷۰	۲.۸۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	MCH	۳۲	۳۲.۴۵	۴.۲۱	-۰.۴۶	۱.۳۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	MCHC	۳۵۶	۳۶۴.۰۵	۵.۶۱	-۰.۵۵	۲.۲۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Plts	۳۹۰	۳۵۲.۱۲	۵.۶۴	۱.۰۸	۱۰.۷۶%	<a href="#">جزئیات</a>

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول