



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷ دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۲۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۵۴۰	۵۳۰.۱۱	۱۱.۶۲	۰.۱۹	۱.۸۷%	جزئیات

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول