



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	AFP	۵۵.۱	۵۰.۸۰	۹.۶۲	۰.۵۶	۸.۴۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	β hCG	۳۰.۹۰۸	۲۲.۳۵	۲۲.۶۶	۳.۸۳	۳۸.۳۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Unconjugated Estriol( uE۳)	۲.۵۱	۲.۷۷	۱۶.۱۱	-۰.۶۳	۹.۴۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Inhibin A	۳۵۰	۲۹۶.۸۳	۱۲.۹۷	۱.۱۹	۱۷.۹۱%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول