



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A	۸.۱۹	۸.۲۴	۱۳.۱۳	-۰.۰۴	۰.۵۷%	جزئیات
۲	Free βhCG	۵۷.۹	۵۶.۷۰	۱۴.۴۵	۰.۱۴	۲.۱۲%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول