



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷ دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۲۱

پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Negative	۰.۵۵	ELISA	Wantai	Negative
HCV Ab	Negative	۰.۰۰۷	ELISA	Wantai	Negative
HIV Ab	Positive	۳۰.۶	ELISA	Wantai	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۱۷۱	۱۴۵	۱۱۰	۱۱۰۷	۲۲
	Positive	۳	۳		۵۰	۲
	Suspicious				۱	
HCV Ab	Negative	۸۸	۱۵۲	۹۵	۱۱۹۳	۲۲
	Positive	۱	۱	۱	۵	
	Suspicious					۱
HIV Ab	Negative		۱	۵	۹	۶
	Positive	۱۰۵	۱۵۲	۱۴۷	۱۱۵۶	۱۷
	Suspicious				۲	۱