



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت TORCH



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷ دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۴۳۰

ردیف	آزمایش	نتیجه	واحد	نتیجه نهایی	سازنده کیت	روش آزمایش	نتیجه مورد انتظار
۲	Rubella (IgG)	۲۹.۳۷	IU/mL	Positive	Snibe	CL	Positive
۳	CMV (IgG)	۱۶	AU/mL	Positive	Biomerioux	ELFA	Positive
	HSV (IgG)	۹.۶۷	AU/mL	Positive	Snibe	CL	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Rubella (IgG)	Positive	۶۵	۲۵	۱۵	۸۵	۴
	Negative	۱			۱	
	Suspicious	۱				
CMV (IgG)	Positive	۷۱	۲۲	۲۰	۶۱	۳
	Negative	۲			۴	۱
HSV (IgG)	Positive	۲۵	۲	۲	۷۱	۵
	Negative				۴	