



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۱۰

ردیف	آزمایش	نتیجه	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
۱	رایت روش سریع (اسلایدی)	Positive	پاستور	Positive
۲	رایت لوله ای	۱/۶۴۰	پاستور	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰
۳	کومبس رایت	۱/۶۴۰	بهار افشان	۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰
۴	۲ME	۱/۶۴۰	پاستور	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰

