



# گزارش ارزیابی خارجی کیفیت A1C



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	HbA1c	۶.۱۸	۶.۳۰	۲.۷۵	-۰.۲۴	۱.۹%	<a href="#">جزئیات</a>

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول