



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۱۳	۱۱۰.۱۷	۴.۳۷	۰.۴۳	۲.۵۷%	جزئیات
۲	Urea	۴۴	۴۴.۹۴	۷.۰۸	-۰.۳۷	۲.۰۹%	جزئیات
۳	Uric Acid	۶.۶	۶.۲۹	۹.۱۳	۰.۶۵	۵%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۲۲	۱.۲۷	۹.۰۳	-۰.۴۱	۳.۶۳%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۸۳	۱.۸۱	۱۲.۶۸	۰.۰۷	۱.۱%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۲۵	۱.۱۱	۱۵.۰۴	۰.۶۴	۱۲.۳۱%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۵۹	۱۵۷.۱۲	۴.۷۷	۰.۲۰	۱.۲%	جزئیات
۸	Triglyceride	۹۲	۹۲.۴۷	۶.۴۲	-۰.۰۷	۰.۵۱%	جزئیات
۹	HDL	۴۸	۴۶.۸۳	۱۰.۲۳	۰.۲۱	۲.۵۱%	جزئیات
۱۰	LDL	۷۳	۷۳.۵۷	۸.۲۹	-۰.۰۵	۰.۷۷%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۳۵	۴.۲۹	۶.۰۲	۰.۲۴	۱.۴۲%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۲۳	۶.۳۲	۶.۷۸	-۰.۲۸	۱.۴۱%	جزئیات
۱۳	ALP	۳۲۳	۳۱۳.۸۷	۹.۱۹	۰.۱۹	۲.۹۱%	جزئیات
۱۴	AST	۳۵	۳۳.۷۳	۸.۵۳	۰.۳۸	۳.۷۵%	جزئیات
۱۵	ALT	۴۳	۳۹.۸۶	۸.۱	۰.۷۹	۷.۸۹%	جزئیات
۱۶	CPK	۲۲۵	۲۰۲.۸۹	۸.۳۷	۰.۷۳	۱۰.۹%	جزئیات
۱۷	LDH	۴۰۰	۳۹۱.۰۵	۶.۴	۰.۲۹	۲.۲۹%	جزئیات
۱۸	Amylase	۸۶	۹۰.۴۴	۶.۱۶	-۰.۴۳	۴.۹۱%	جزئیات
۱۹	Lipase	۲۸	۳۵.۵۵	۱۷.۰۹	-۱.۱۸	۲۱.۲۴%	جزئیات
۲۰	GGT	۴۵	۴۶.۱۹	۹.۸۸	-۰.۲۳	۲.۵۸%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۲۱	Calcium	۹.۱	۹.۰۱	۳.۶۲	۰.۲۱	۱.۰۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۲	Phosphorus	۵.۰۳	۴.۷۵	۶.۳	۰.۷۵	۵.۸۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۳	Iron	۹۲	۱۰۱.۱۴	۸.۹۶	-۰.۷۵	۹.۰۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۴	TIBC	۲۵۴	۲۴۷.۰۵	۱۱.۰۴	۰.۱۹	۲.۸۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۵	Sodium	۱۴۲	۱۴۰.۱۳	۲.۴۴	۰.۶۷	۱.۳۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۶	Potassium	۳.۹۲	۳.۹۳	۳.۶۵	-۰.۰۸	۰.۲۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۷	Lithium	۰.۹۲	۰.۹۳	۵.۰۶	-۰.۱۲	۱.۲۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۸	T۴	۸.۵۵	۷.۶۹	۷.۲	۰.۹۳	۱۱.۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۹	TSH	۱.۴۴	۱.۶۱	۶.۰۲	-۰.۹۰	۱۰.۸۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۰	Total PSA	۱۳.۸۱	۱۲.۴۳	۹.۳۸	۱.۱۱	۱۱.۱۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۱	Ferritin	۳۹.۴	۳۲.۸۲	۱۱.۶	۱.۳۴	۲۰.۰۶%	<a href="#">جزئیات</a>

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول