



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۵۸۷



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	WBC	۷.۳۲	۷.۴۹	۴.۶۶	-۰.۲۹	۲.۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	RBC	۴.۵۴	۴.۴۱	۲.۷۶	۰.۹۵	۲.۸۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Hb	۱۳۵	۱۲۹.۷۹	۲.۳۹	۱.۳۴	۴.۰۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Hct	۳۹	۳۷.۴۱	۳.۹۶	۱.۰۶	۴.۲۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	MCV	۸۶.۹	۸۴.۷۷	۳.۷۱	۰.۶۳	۲.۵۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	MCH	۳۰	۲۹.۲۷	۳.۴۱	۰.۸۳	۲.۴۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	MCHC	۳۴۳	۳۴۵.۸۶	۳.۶۲	-۰.۲۱	۰.۸۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Plts	۲۸۵	۲۵۵.۷۶	۶.۷۴	۱.۱۴	۱۱.۴۳%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول