



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۵۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A	۱۷.۵	۱۶.۲۰	۱۴.۹۸	۰.۵۴	۸.۰۵%	جزئیات
۲	Free βhCG	۱۱۸	۱۱۲.۹۴	۱۲.۳۱	۰.۳۰	۴.۴۸%	جزئیات

SDI≤۰.۹۹	۱≤SDI≤۱.۹۹	۲≤SDI≤۲.۹۹	SDI≥۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷


Test: PAPP-A (mIU/mL)

Your Result: ۱۷.۵


SDI: ۰.۵۴

DEV%: ۸.۰۵


توزیع فراوانی نتایج
هم گروه



پایش SDI دوره ها




پایش %Dev دوره ها



Method	No.	CV	Target
Automation	۲۱۳	۴۰.۰۲	۸.۲۴
ECL	۱۰۳	۱۲.۷۶	۵.۵۸
Roche	۱۰۱	۱۲.۷۲	۵.۵۷
CL	۱۰۲	۱۶.۶۱	۱۵.۸۸
Siemens (Immulin)	۹۴	۱۴.۹۸	۱۶.۲۰

Method	No.	CV	Target
Siemens (advia)	۷	۲۲.۷۱	۴.۹۷
ELISA	۷	۴۰.۴۰	۴.۶۲
Manual	۱۹	۳۱.۶۹	۵.۵۴
ELISA	۱۹	۳۱.۶۹	۵.۵۴
DRG	۱۰	۵۵.۶۰	۷.۱۷
Demeditec	۹	۲۲.۱۲	۵.۱۸

گزارش براساس مقادیر MOM و نرم افزار مورد استفاده





گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷


Test: Free β hCG (IU/L)

Your Result: ۱۱۸


SDI: ۰.۳۰

DEV%: ۴.۴۸


توزیع فراوانی نتایج
هم گروه



پایش SDI دوره ها



پایش %Dev دوره ها



Method	No.	CV	Target
Automation	۲۱۲	۱۵.۱۹	۱۰۱.۳۰
ECL	۱۰۴	۱۱.۸۴	۹۲.۱۳
Roche	۱۰۲	۱۱.۹۰	۹۲.۱۸
CL	۱۰۱	۱۲.۳۳	۱۱۲.۸۱
Siemens (Immulite)	۹۵	۱۲.۳۱	۱۱۲.۹۴

Method	No.	CV	Target
ELISA	۶	۲۶.۹۹	۸۷.۸۹
Manual	۲۰	۲۱.۴۱	۸۵.۸۴
ELISA	۲۰	۲۱.۴۱	۸۵.۸۴
DRG	۱۱	۲۲.۹۳	۷۷.۹۴
Demeditec	۹	۱۹.۰۶	۹۵.۱۴

گزارش براساس مقادیر MOM و نرم افزار مورد استفاده

