



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۳۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷

پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive	۱۴	ELISA	Diapro	Positive
HCV Ab	Negative	۰.۰۵	ELISA	Diapro	Negative
HIV Ab	Positive	۲۶.۷	ELISA	Diapro	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۱	۲	۵	۲۸	۲
	Positive	۱۷۶	۱۵۵	۹۶	۱۱۳۴	۱۹
	Suspicious				۶	۱
HCV Ab	Negative	۹۸	۱۶۲	۷۸	۱۲۰۶	۲۰
	Positive	۲	۱	۱	۹	
	Suspicious				۲	
HIV Ab	Negative			۵	۲۷	۱
	Positive	۱۰۹	۱۵۶	۱۳۰	۱۱۵۹	۱۹
	Suspicious			۱	۱	