



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



آزمایشگاه: پاتوبیولوژی فروردین ۲۰۵۸۷ دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۳۲۱

پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Negative	۰.۰۱	ELISA	Diapro	Negative
HCV Ab	Negative	۰.۰۵	ELISA	Diapro	Negative
HIV Ab	Negative	۰.۴	ELISA	Diapro	Negative

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۱۸۱	۱۵۳	۹۵	۱۱۱۸	۱۹
	Positive	۱	۱		۳۸	۲
	Suspicious				۴	
HCV Ab	Negative	۱۰۷	۱۴۶	۷۱	۱۲۰۹	۱۹
	Positive	۱	۱۲		۲	
	Suspicious		۳		۱	
HIV Ab	Negative	۱۱۱	۱۴۶	۱۲۸	۱۱۵۳	۱۸
	Positive	۱	۹	۳	۲۳	۲
	Suspicious		۳		۳	